



عطاء رقم 57/ل ف/ 2025

توريد وتركيب وتشغيل وتدريب أجهزة مخبرية/ كلية طب الاسنان

السادة يرجى موافاتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشف المرفق المكون من (3) صفحات، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع الإداري بالظرف المختوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المتعهد ورقم التelfون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:
توقيع رئيس اللجنة:

2025/9/10

- 1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الاحد تاريخ 2025/9/21، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 2- ثمن نسخة المناقصة (25) دينار غير مستردة وتشتري عن طريق مكتب ارتباط الجامعة/ عمان، أو عن طريق وحدة اللوازم/ جامعة مؤتة - المجمع الإداري، ويكون اخر موعد لبيع النسخ يوم الاحد تاريخ 2025/9/21 لغاية الساعة الحادية عشرة صباحاً.
- 3- ارفاق رخصة المهن وشهادة التسجيل ووصل ثمن النسخة وان يكون المتعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني.
- 4- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Excel أو Word").
- 5- تقديم كفالة دخول للمنافسة بنسبة 3% من قيمة العرض، وشيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- 6- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- 7- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.
- 8- تفرض غرامة تأخير كما يلي:
0.001 واحد بالالف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 1 يوم إلى 45 يوم.
0.002 اثنان بالالف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 46 يوم إلى 60 يوم.
0.003 ثلاثة بالالف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 60 فما فوق.
على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال 15% من قيمة اللوازم في قرار الإحالة.
- 9- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 10- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة 25%.
- 11- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.
- 12- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- 13- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- 14- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).
- 15- المواد قابلة للتجزئة

التوقيع:

رقم الهاتف:

اسم المناقص:



وحدة اللوازم

رقم البند	الكمية	الوحدة	وصف المادة المطلوبة	الصانع	الموديل	المنشأ	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	التسليم
1	1		Autoclave Capacity : 20 liter Temperature : 121-134 c Pressure :15-30 PSI Digital control and display for time, temperature and pressure Vertical autoclave Stainless steel chamber						
2	1		Incubator Temperature:: 5-60 c Capacity : 20 liter Digital control and display for time and temperature						
3	1		Stainless steel chamber Hot Air oven Temperature : 50-300 c Digital control and display Capacity : 20 liter Stainless steel chamber						
4	1		Refrigerator Fridge temperature : 2-8c Freezer temperature : -20c Capacity 350 liter						
5	1		Laminar Flow Hood Vertical air flow HAPA filter Internal chamber : Aluminum plated or stainless steel internal led lighting digital control work space : 0.9-1.5 m width						
6	1		Hotplate Stirrer Hot plate with magnetic stirrer						

رقم البند	الكمية	الوحدة	وصف المادة المطلوبة	الصانع	الموديل	المنشأ	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	التسليم
			Temperature : 50-400 c Stirring speed :100—1500 rpm Heating surface : stainless steel Digital control and display						
7	1		Water Distilling Apparatus Production rate 10 liter/ 1 hour Boiling chamber : stainless steel Condenser : heat resistant glass						
8	1		Water bath Capacity: 19 L Temperature Range: RT+5°C to 100°C Temperature Resolution: ±0.5°C Temperature Stability: ±1.0°C						
9	1		Orbital Incubator Shaker Table laboratory incubator shaker Temperature range up to 70C. Speed range up to 250 rpm. Shaking plate 300*400mm, accept flasks and tubes. Accept flasks:35x50ml,20x125ml,12x250ml,6x500ml,4x1000 ml,2x2lite						
10	1		Ultrasonic bath Tank capacity : 10 liter Frequency : 35-45 KHz Temperature :20-80 c Digital control and display for time and temperature Stainless steel chamber and cover						
11	1		Rotary evaporator Capacity: 2 L evaporating flask and 1 L receiving flask. Display & Controls: Digital or LCD controller for speed and temperature. Rotary Speed 0-200rpm Heating Bath: Around 1,000–1,300 W, often coated stainless steel. Lift Mechanism: motorized lift.						

رقم البند	الكمية	الوحدة	وصف المادة المطلوبة	الصانع	الموايل	المنشأ	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	التسليم
			Construction: Standard ground-glass joints and PTFE seals.						
12	1		Circulator Bath Chiller Temperature Range: -20°C to +40°C Temperature Stability: ±0.1°C Cooling Capacity: 600 W @ 20°C 350 W @ 0°C 150 W @ -20°C Circulation Pump: 20 L/min, Max. pressure 2.5 bar Bath Volume: 12 Liters Bath Material: Stainless Steel 304 Pump Material: Chemically resistant PTFE / Ceramic Safety Features: Low liquid level alarm, over-temperature protection, pump pressure monitor						
13	1		Double beam spectrophotometer Double beam Wavelength : 200-800 nm Uv and tungsten lamb Multi-mode digital control						
14	1		Microplate reader Multi-mode Wavelength 200- 800 nm for absorbance Fluorescence : Ex 280-700 nm Em 300-800 nm Well standard 96 Touchscreen control and display						
15	1		Centrifuge (bench top) Rpm : 500-6000 Capacity : 6 tubes *20 ml Digital control and display for time and speed						
16	1		Lab Vacuum Pump Laboratory Vacuum Filtration Pump Oil-Free Diaphragm Pump						